

Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kolumn do chromatografu, oferujemy ich dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

Lp	Opis parametrów	Wymagane parametry techniczne	Parametry techniczne oferowane
<i>Fabrycznie nowe urządzenie – kolumny do chromatografu</i>			
1.	Producent (marka)		
	model.....		
	rok produkcji.....		<i>(Należy podać)</i>
Specyfikacja Luna 5u C18(2) 150 x 4,6mm			
14	Długość kolumny	150mm	TAK/NIE
15	Średnica wewn.	4,6 mm	TAK/NIE
16	Wypełnienie	ziarno (krzemionka) całkowicie porowate z dołączonymi ligandami C18	TAK/NIE
17	Wielkość ziarna	5 µm	TAK/NIE
18	Endkapping	Endkapowana	TAK/NIE
19	Rozmiar porów	100A	TAK/NIE
20	Powierzchnia właściwa	400 m ² /g	TAK/NIE
21	Pokrycie węglem	17,5 %	TAK/NIE
22	Wytrzymałość w zakresie pH	1.5 -10 (warunki izokratyczne) 1.5 – 9 (war. gradientowe)	TAK/NIE
23	Wytrzymałość ciśnieniowa	do 400 bar	TAK/NIE
Specyfikacja kartridży			
24		Wymiary: 4 x 3.0mm (dł. x średnica)	TAK/NIE
25	Opakowanie kartridży Security Guard HPLC (10 sztuk w opakowaniu)	Selektywność : C18	TAK/NIE
26		Zakres stabilności pH: 1.5 -10	TAK/NIE
27		Wytrzymałość ciśnieniowa: do 241 bar	TAK/NIE
28			TAK/NIE
29	Termin dostawy	do 15 dni roboczych	TAK/NIE

....., dn.....

.....

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)