



**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr:
ATZ_KB_AOKK_2020_EL_9521_2020**

Wyjaśnienie

W postępowaniu pn. „Dostawa masek medycznych na potrzeby ochrony pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pandemią SARS-CoV-19”, informuje, że wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa wymaga aby każda półmaska filtrująca FFP2 była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym?

Odpowiedź 1: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w celu zapewnienia ścisłego przylegania, wymaga półmasek filtrujących FFP2 na gumki zawierających klips do ich połączenia z tyłu głowy, co gwarantuje szczelność podczas użytkowania oraz zmniejszy ucisk uszu.

Odpowiedź 2: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający wymaga półmasek filtrujących FFP2 o podwójnej ochronie spełniających normę PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodnych z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Maski spełniające powyższe normy charakteryzują się ochroną pasywno – aktywną czyli ochronią zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny).

Odpowiedź 3: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

4. Czy Zamawiający wymaga rejestracji masek FFP2 jako wyrób medyczny objęty 8% stawką podatku Vat co obniża koszty zakupu Zamawiającego o 15% podatku Vat w przypadku maski zarejestrowanej tylko jako środek ochrony indywidualnej?

Odpowiedź 4: zamawiający nie zmienia przedmiotu zamówienia oraz wymagań.

5. Czy Zamawiający w celu zapewnienia ścisłego przylegania maseczki do twarzy co gwarantuje szczelność podczas użytkowania, wymaga aby regulowane usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę?

Odpowiedź 5: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga