



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Logistyki

Warszawa, 19-08-2021

Wykonawca biorący udział w postępowaniu nr: ATZ_JB_CTT_2021_EL_7898_2021

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z tym Zamawiający dokonuje także zmiany terminu składania ofert: na dzień: **24.08.2021 r. do godz. 10:00** . Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Pytania:

Pozycja 5 a.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek porcelanowych o wymiarach 85 x 13 x 8 mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 5 b.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek porcelanowych o wymiarach 86 x 12 x 8 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 5 c.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek porcelanowych o wymiarach 105 x 14 x 9 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

Pozycja 5 d.- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek porcelanowych o wymiarach 102 x 20 x 13 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

W związku z pytaniami Zamawiający dokonuje zmian treści, nadając nowe brzmienie:

Zaproszenie do składania ofert, pkt II dla poz. poz. 5a- 5c z tabeli:

5.	Wanienska porcelanowa	
a.	o wym. 80 x 11 x 8mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5 mm	2 szt.
b.	o wym. 86 x 13 x 8 mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5 mm	2 szt.
c.	o wym. 95 x 15 x 10 mm (dł. x szer. x wys.) +/- 10 mm	2 szt.

Załącznika nr 1, Formularz ofertowy pkt.1 dla poz. 5a- 5c z tabeli:

5.	Wanienska porcelanowa		
a.	o wym. 80 x 11 x 8 mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5 mm		2 szt.
b.	o wym. 86 x 13 x 8 mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5 mm		2 szt.
c.	o wym. 95 x 15 x 10 mm (dł. x szer. x wys.) +/- 10 mm		2 szt.